

21. ledna, 2022, Červený Kostelec, Česká republika

**Stažení výrobku Genrui SARS-CoV-2 Antigent Test Kit (Colloidal Gold) určeného pro samotestování z oběhu**

Vážení zákazníci,

na základě hlášení falešně pozitivních testů u výrobku **SARS-CoV-2 Antigent Test Kit (Colloidal Gold)** určeného pro samotestování, výrobce Genrui Biotech rozhodl o stažení výrobku z oběhu (tzv. recall) následujících šarží:

**Dotčené šarže: 20211008, 20211125**

Po důkladné investigaci, Genrui Biotech odhalil kořenovou příčinu a potvrdil, že tyto incidenty s falešně pozitivními výsledky jsou limitovány pouze na dvě specifické šarže 20211008, 20211125. Genrui Biotech však zároveň potvrdil, že spolehlivost negativních výsledků není tímto problémem nijak ovlivněna.

S vyjádřením upřímné omluvy za případný stres a nepříjemnosti způsobeny tímto problémem se výrobce dobrovolně zavázal stáhnout tyto šarže z oběhu.

Tímto bychom Vás chtěli požádat o spolupráci při stahování dotčených šarží z oběhu, prosíme o vrácení všech nevyužitých testů s šarží 20211008 a 20211125. V případě, že testy byly Vámi dále distribuovány, prosíme o předání této informace na Vaše zákazníky.

Děkujeme za spolupráci a omlouváme se za způsobené komplikace,

S pozdravem,



Martin Novák  
Quality Manager

